

CERTIFICADO

Barcelona, 20 de enero de 2021

D. Antoni Picó Genestar, Director Técnico y Aporado de SIBEL S.A.U., DECLARA y CERTIFCA que:

Los filtros vírico-bacterianos SIBELMED, referencias 08268, 08269 y 08289, de 28mm, 30mm y 34,5mm respectivamente, cumplen con la eficiencia de filtrado especificado en la siguiente tabla:

	A 30 litros / min
Eficiencia de filtrado bacteriana	99,99%
Eficiencia de filtrado vírica	99,99%

Los filtros han sido ensayados en un laboratorio independiente de acuerdo al protocolo φX174 (diámetro de bacteriófago de 25-27 nm, equivalente a 0.025 - 0.027 μm).

Dado que las investigaciones indican que el tamaño del coronavirus COVID-19 es de 0.1 a 0.05 μm, mucho más grande que el tamaño antes indicado, se puede afirmar que los filtros Sibelmed protegen contra los virus, incluido el Covid-19, de acuerdo a la eficiencia indicada en la Tabla.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente certificación:



Sibel, s.a.u.
P. P.

Antoni Picó Genestar
Director Técnico - Apoderado